



TECHNICKÝ LIST

POPIS PRODUKTU

KÓD PRODUKTU	114C
OBEČNÝ POPIS	TRANS AMIES W/CH A/PL
PODROBNÝ POPIS	1 vnější krabička obsahuje 8 balení Vi-Pak, z nichž každé obsahuje 50 papírových sáčků, z nichž každý obsahuje zkumavku s 5 ml AMIES s aktivním uhlím a bílým uzávěrem bez nádoby a plastový aplikátor s černým uzávěrem.

SLOŽENÍ

MÉDIUM	SLOŽENÍ
AMIES S UHLÍM	Chlorid sodný Fosforečnan disodný Chlorid draselný Thioglykolát sodný uhlí Chlorid vápenatý Bacto agar Chlorid hořečnatý Destilovaná voda Monofosforečnan draselný Dřevěné

TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ	Zkumavka	SPECIFIKACE
		DÉLKA ZAŘÍZENÍ: 154,50 mm ± 1,00 mm PRŮMĚR VLOŽKY: 9,00 mm ± 0,50 mm VNĚJŠÍ PRŮMĚR: 12,00 mm ± 0,50 mm MATERIÁL: POLYPROPYLEN

Tento bulletin (Rev.05-21/04/2023) slouží jako vodítko a je založen na informacích, které jsou považovány za spolehlivé a měly by být pravidelně revidovány.



TECHNICKÝ LIST

VÍČKO	BÍLÝ KRYT BEZ ZÁSUVKY	SPECIFIKACE
		VNĚJŠÍ PRŮMĚR: 12,00 mm $\pm$ 0,10 mm DÉLKA VÍČKA: 32,80 mm $\pm$ 0,20 mm MATERIÁL: POLYETHYLEN S VYSOKOU HUSTOTOU
APLIKÁTOR	PLASTOVÝ APLIKÁTOR	SPECIFIKACE
		CELKOVÁ DÉLKA: 147,00 mm $\pm$ 2,00 mm PRŮMĚR TYČINKY: 2,50 mm $\pm$ 0,10 mm DÉLKA VLÁKNOVÉ ŠPIČKY: 16,00 mm $\pm$ 3,00 mm PRŮMĚR VLÁKNOVÉ ŠPIČKY: 4,50 mm $\pm$ 0,50 mm MATERIÁL TYČINKY: POLYSTYREN MATERIÁL ŠPIČKY VLÁKNA: RAYON
KRYTKA	ČERNÁ KRYTKA	SPECIFIKACE
		PRŮMĚR VNĚJŠÍ KAPKY: 12,00 mm $\pm$ 0,10 mm DÉLKA KAPKY: 32,80 mm $\pm$ 0,20 mm PRŮMĚR ZAŠÍVÁNÍ: 9,30 mm $\pm$ 0,05 mm MATERIÁL: POLYETHYLEN S VYSOKOU HUSTOTOU

SPECIFIKACE BALENÍ

BALENÍ	PAPÍROVÝ FILMOVÝ SÁČEK
VI-PAK MNOŽSTVÍ	50
POČET V KARTONU	400

Tento bulletin (Rev.05-21/04/2023) slouží jako vodítko a je založen na informacích, které jsou považovány za spolehlivé a měly by být pravidelně revidovány.

**TECHNICKÝ LIST****DŮLEŽITÉ INFORMACE**

STERILIZAČNÍ METODA	IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
SKLADOVACÍ TEPLOTA	5/25 °C – NEZMRAZUJTE
SKLADOVATELNOST	24 MĚSÍCŮ
STŘEDNÍ pH	7,2 ± 0,3

Tento bulletin (Rev.05-21/04/2023) slouží jako vodítko a je založen na informacích, které jsou považovány za spolehlivé a měly by být pravidelně revidovány.